



Prüfschein

Test certificate

Ausgestellt für:

Issued to:

Innovatis AG
Meisenstr. 96
33607 Bielefeld

Prüfgrundlage:

In accordance with:

Konzentrationsbestimmung von Partikeln in Lösung nach
DIN 58932-3, -4 unter Verwendung der Normalmessenrichtungen
zur Blutzellzählung (Laser-Durchflusszytometer, Impedanz-
Durchflusszytometer)

Gegenstand:

Object:

1) Partikelgrößenstandard PS/Q-ST-L1487-1, 10,15 µm,
2) Partikelgrößenstandard PS/Q-ST-L1487-2, 10,15 µm

Kennummer:

Serial number:

keine Angaben

Prüfscheinnummer:

Test certificate number:

PTB 6088 / 06, PTB 6089 / 06

Datum der Prüfung:

Date of test:

03.04.2006 bis 06.04.2006

Anzahl der Seiten:

Number of pages:

4

Geschäftszeichen:

Reference No.:

PTB-8.32-04/06

Im Auftrag

By order

Dr. J. Neukammer

Berlin, 2006-04-07

Siegel

Seal

